



Die bei den Messungen verwendeten Normale sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt rückgeführt.

The standards used for the measurements are traceable to the national standards at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

D73-Eichvollzug Süd
South Thuringian Verification Office

Eichschein

Verification certificate



Nummer Number	D73S-19-00334
Gegenstand Object	Nichtselbsttätige Waage, Fahrzeugwaage, Genauigkeitsklasse: III Kenngröße: 50000 kg, Zulassung: UK 2969 Rev.1
Identifikation Identification	Typ : AWE 560 IdentNr : 931466
Hersteller Manufacturer	Paari
Antragsteller Applicant	Zweckverband Restabfallbehandlung Mittelthüringen (ZRM) Geschäftsstelle-VD Rehestädt Dorfstr. 38 a 99334 Amt Wachsenburg
Prüfverfahren Test procedure	entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung "Gesetzliches Messwesen Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW)"
Normale, Betreiber, Prüfschein Measurement standards, operator, inspection certificate	Gewichtsstücke 2 x 500 kg + 25 x 1000 kg, M1, Fritz Rada Eichgerätschaft GmbH, 2-0537/2018
Ergebnis Result	Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 Mess- und Eichgesetz (MessEG).
Hinweis Notes	Achswaises Wägen ist ausnahmslos nicht gestattet. Beim Wägen von Lastzügen muss der Teil, der auf der Waagenbrücke steht, vom anderen Teil abgekuppelt sein.
Ort, Datum der Eichung Place, date of verification	Amt Wachsenburg, 06.06.2019
Gültigkeit der Eichung bis This verification is valid until	Ende 2021
Stempelzeichen Marking	 

Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn eine der in § 37 Abs. 2 MessEG beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.
The validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in § 37 section 2 of the MessEG has occurred.

Eichscheine ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Im Zweifelsfalle gilt der deutsche Text des Eichscheinnes.

Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form. In case of doubt, the german text shall prevail.

Ort, Datum
Place, date

Dienstsiegel
Official stamp

Im Auftrag
On behalf of

Ilmenau, 06.06.2019




Evelyn Breitenherdt